



제2023-010549-01-1호

안전인증서

주식회사 센코

경기도 오산시 외삼미로 15번길 73(외삼미동)

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제84조 및 같은 법 시행규칙 제110조제1항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Diffusion Type Gas Detector

형식·모델(용량·등급) / 인증번호

SI-200E (Ex db IIC T6 Gb) / 23-KA2BO-0133X

인증기준

고용노동부고시 제2021-22호

인증조건

1. 제조공장

·본 인증서는 '경기도 오산시 외삼미로 15번길 73(외삼미동)'에서 생산하는 제품에 한함.

2. 제품개요

·제품개요: 당 기기는 알루미늄 재질의 내압방폭구조의 싱글 가스 감지기임.

·제품정격: DC 24 V, 3.6 W

·사용주위온도: $-40\text{ }^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +60\text{ }^{\circ}\text{C}$

·가스센서종류: HCl, H₂O₂, HF, Cl₂, NO₂, H₂, H₂S, NH₃, SO₂, SiH₄, PH₃, O₂, CO

3. 인증범위: 본 인증서는 상기의 형식번호에 한하여 유효함.

4. 안전한 사용을 위한 조건

·화염접합면은 수리 대상이 아니므로, 치수 등은 제조사에게 문의할 것.

5. 인증(변경)사항: 없음.

6. 그 밖의 사항

·본 안전인증서는 반드시 관련 IECEx 인증서(IECEx KTL 22.0036X issue no. 0)와 함께 사용

·안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수.

2023년 02월 28일

한국산업기술시험원

